

### LICITACIÓN 185/2016

Se solicita cotización de lo siguiente:

1.- MESA DE CIRUGÍA GENERAL APTA PARA ARCO EN "C". Con las siguientes características. CANTIDAD 1.

- a.- Para uso en fluoroscopias y estudios angiograficos.
- b.- Apta para utilizar arco en "C" con posibilidad de desplazamiento para su uso en todas las especialidades.
- c.- Posibilidad de dejar sector opaco desplazado.
- d.- Altura Variable
- e.- Lecho dividido en tableros con posibilidad de intercambio entre secciones podálica y cabeza.
- f.- Sistema de freno.
- g.- Trendelemburg e Inverso.
- h.- Indicar detalladamente desplazamientos, lateralidad, posiciones, articulaciones, alturas mínimas y máximas, ángulos etc.
- i.- Indicar detalladamente accesorios incluidos en la oferta.

### 2.- ACCESORIOS A COTIZAR EN FORMA SEPARADA

- j.- Accesorios para Litotomía (piñeras, morzas) Detallar
- k.- Accesorios pozabrazos.- Detallar.
- l.- Accesorios para ortopedia y traumatología apto para arco en C.- Detallar.

En todos los casos acompañar detalles constructivos, materiales utilizados, garantía y garantía de provisión de repuestos.

Acompañar folletos y o fotografías.

Indicar lugar (preferentemente puesto en San Pedro), plazo de entrega y forma de pago.

