

## LICITACIÓN 186/16

Se solicita tenga a bien cotizar lo siguiente:

### 1.- Una (1) Incubadora de terapia.

Control de temperatura aire y piel.

Capota con portillos. Indicar cantidad y forma de accionamiento y cierre.

Pasacánulas. Indicar cantidad.

Puerta frontal rebatible.

Indicar si la capota es simple o doble. Cotizar ambas alternativas.

Alarmas visibles y auditivas.

Movimiento trendelemburg y anti trendelemburg – Indicar grados

Se podrán cotizar diferentes alternativas.

Indicar detalladamente accesorios incluidos y no incluidos. Los no incluidos cotizarlos por separado.

Cotizar con el mayor nivel de detalle. Acompañar fotos y/o folletos.

### 2.- Una (1) Servocuna

Calefactor radiante infra rojo. Indicar si es fijo o móvil.

Luz de examen

Controles de temperatura. Indicar modos

Alarmas visuales y audibles. Detallar

Colchón contenido en paneles rebatibles. Indicar si el colchón es térmico o no. Cotizar ambas alternativas.

Se podrán cotizar diferentes alternativas.

Indicar detalladamente accesorios incluidos y no incluidos. Los no incluidos cotizarlos por separado.

Cotizar con el mayor nivel de detalle. Acompañar fotos y/o folletos.